

# 農産物の放射性物質検査結果

J A世田谷目黒管内で生産された下記農産物について、当組合独自検査の結果、以下のとおりとなりました。

採取年月日	農産物の種類	検査結果					採取地
		ヨウ素 131	セシウム 134	検出限界値	セシウム 137	検出限界値	
2013/1/30	大根	異常なし	異常なし	5.2	異常なし	4.74	世田谷
2013/1/30	キャベツ	異常なし	異常なし	9.78	異常なし	9.29	世田谷
2013/2/1	大根	異常なし	異常なし	4.27	異常なし	4.28	世田谷

## 当組合の検査機器・方法

### (1) 検査機器

当J Aでは、応用光研工業㈱社製の「原発災害対策特別仕様—微量放射能測定装置(型式 FNF-401)」を使用しています。

### (2) 検査方法

Na I (T i) シンチレーションスペクトロメーターによる簡易(スクリーニング分析)による検査。

検査時間：1000秒(約17分) 試料重量：1kg以上

の検体によって変わります。なお、ヨウ素131については、本検査機器での検出限界値の表示はありません。

食品衛生法の基準値表(平成24年4月1日施行)	
一般食品 (野菜類、穀類、肉、卵、魚等)	放射性セシウム基準値 (b q/kg) 100

### 問い合わせ先

J A世田谷目黒 指導経済部指導経済課

平日の午前9時から午後5時

TEL 03-3428-5211